

Wisp pédiatrique

Le masque Wisp pédiatrique, conçu dans des matières douces, arbore un imprimé girafe amusant qui plaira aux enfants. Nous avons imaginé un univers fantastique pour notre girafe, Sophie, et ses amis Sami le phoque et Tucker la tortue.

L'objectif de ce thème ludique est de dédramatiser le traitement pour l'enfant et rendre le port du masque plus confortable.

Nous avons également créé un livre d'histoire pour aider les plus jeunes souffrant de troubles respiratoires à comprendre l'utilité du masque.



Le Wisp Pédiatrique est un masque nasal à contact minimal destiné à servir d'interface pour les patients (pesant plus de 10 kg et ne dépendant pas d'une ventilation mécanique pour leur survie), dans le cadre d'une thérapie par PPC ou à deux niveaux de pression pour le traitement contre l'apnée obstructive du sommeil ou l'insuffisance respiratoire. Ce DM de classe IIa, est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le mode d'emploi fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis.
Mandataire Européen (EC REP) : Philips Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés. Les spécifications techniques sont sujettes à modifications sans préavis.
Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs fabricants respectifs.
Date de création: 13/10/2016

NG 10/xx/16 PN458063

www.philips.fr



Guide d'utilisation du Wisp pédiatrique

Découvrez le masque Wisp pédiatrique

L'armature en tissu

repose sur le visage et maintient le coussinet en place sur le masque.

Les languettes de retrait rapide

permettent à l'enfant de se déconnecter temporairement de la machine, par exemple pour aller aux toilettes la nuit.

La boucle de manipulation du circuit

est une fonction en option permettant de positionner le circuit au-dessus de la tête.

Un harnais confortable

entoure la tête et se fixe à l'armature. Il permet de maintenir le masque en place et bien stable.

Le coussin

se décline en trois tailles. Il se place au-dessus du nez pour délivrer le traitement.

Les clips

permettent de retirer le masque sans réajuster les languettes du harnais à chaque fois.

Le coude rotatif à 360°

connecte le masque au circuit. Le coude rotatif et le circuit offrent une réelle liberté de mouvements à l'enfant pendant son sommeil.

Molette de correction des fuites
pour un ajustement facile

Molette de correction des fuites

La molette de correction des fuites du masque Wisp pédiatrique vous permet de corriger les petites fuites. Elle doit toujours être positionnée vers le bas lorsque l'enfant met le masque. Si une fuite apparaît au moment où l'enfant se couche,

la molette de correction des fuites peut être tournée vers la droite ou la gauche tout en maintenant le coussin contre le visage.

Entretien du masque

- Lavez les éléments du masque à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Ne nettoyez pas le masque avec de l'eau de javel, de l'alcool, ou des solutions contenant des agents hydratants ou adoucissants.
- Lavez les parties qui ne sont pas en tissu (le coussin et le circuit) à la main quotidiennement.
- Une fois par semaine, lavez les parties en tissu à la main et laissez-les sécher à l'air libre.
- Utilisez les clips de fixation du harnais pour mettre ou retirer le masque afin de préserver les parties en tissu extensibles.

A noter: Ce document ne remplace pas le mode d'emploi livré avec le masque, que nous vous invitons à lire attentivement entièrement, pour plus d'informations sur une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conseils de confort

- Si l'enfant préfère dormir dans une certaine position, maintenez le masque jusqu'à ce que l'enfant trouve sa position.
- Le harnais doit permettre un port confortable, vous constatez des rougeurs sur le visage de l'enfant, desserrez le harnais.
- Le coude de retrait rapide permet de déconnecter temporairement le masque du circuit sans avoir à enlever le masque. Le coude remis rapidement en place lorsque l'enfant retourne se coucher.
- La boucle de manipulation du circuit en option permet d'orienter le circuit au-dessus de la tête de l'enfant. Vous ne pourrez pas utiliser la fonction de retrait rapide pour déconnecter le masque du tube si vous utilisez la boucle.

- Lors du retrait du harnais, vous pouvez commencer par retirer le harnais ou l'armature en tirant l'un ou l'autre par-dessus la tête. Les enfants préfèrent souvent que le harnais soit retiré en premier, pour pouvoir éloigner le masque du visage plutôt que le faire passer dessus.

Conseils de réglage

- Le coussin doit être adapté à la largeur du nez, sans bloquer les narines. Si l'enfant se situe entre deux tailles, il est conseillé d'essayer d'abord la plus petite taille puis, si nécessaire, la plus grande.
- Si l'enfant trouve que le port du masque est inconfortable, ou qu'il semble trop grand ou trop petit, demandez à votre prestataire de santé à domicile ou votre médecin s'il est possible d'obtenir d'autres tailles de coussin.

